

## Rapport d'essai microbiologique

**Code de l'échantillon : 2490/2020**

**Nom du client : SARL TOTAL CARE**

**Adresse du client : PROPRIETE 553 N°01 HRAOUA 16900 ALGER**

**Nature de l'échantillon : MASQUE CHIRURGICAL USAGE UNIQUE**

**Nature d'emballage : ORIGINAIRE**

**Prélevé par le client le : 18/08/2020 Reçu le : 18/08/2020**

**Analysé le : 18/08/2020 Résultats validés le : 23/08/2020**

Le résultat du rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse (norme en 17025)  
 Les analyses microbiologiques sont réalisées selon le JORA N°38 du 28/05/2014 et JORA N°63 du 30/10/2016 et selon les normes suivantes: NFV08-002-NFV057-2-XPV08-102-ISO17025

Paramètres / Référence	Unités	Normes	Exigences		Résultats	C/NC
L'efficacité de filtration Bactérienne (EFB)	%	EN 14683:2019	Type I	≥ 95	99.99	C
			Type II	≥ 98		
Propreté microbienne EN ISO 11737-1:2018	(ufc/g)		≤ 30		11	C

Il convient d'utiliser les masques à usage médical de type I uniquement pour les patients et d'autres personnes, pour réduire le risque de propagation des infections, en particulier dans un contexte d'épidémie ou de pandémie.  
 Les masques de type I ne sont pas destinés à être utilisés par des professionnels de santé dans des blocs opératoires ou dans d'autres installations médicales aux exigences similaires

C : Résultats conforme aux exigences

NC : Résultats non conforme aux exigences

ANALYSTE	VERIFICATEUR	APPROBATEUR
M <sup>elle</sup> KOUBAA.Z	M <sup>elle</sup> BEKHAT A.	M <sup>me</sup> OURIHANE
Microbiologiste	Chargée de l'assurance qualité	Directrice