



LABORATOIRE DE CONTROLE DE QUALITE « SABRINNEL »

Autorisé par Décision du Ministre du Commerce N°877 du 23/06/98 - N°017/2005 - N°005/2010 - N°017 du 04/05/14
Autorisé par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement N°1029/DAM/2011 du 19/06/2011
Agrée par l'union algérienne des sociétés d'assurances et de réassurances N°45et 53 /2012du 02/09/2012

Mr & Mme OURIHANE

Rapport d'essai physicochimique

Code de l'échantillon : 2489/2020

Nom du client : SARL TOTALE CARE

Adresse du client : PROPRIETE 553 N°01 HRAOUA 16900 ALGER

Nature de l'échantillon : MASQUE DE PROTECTION N95/FFP-2 A USAGE UNIQUE

Prélevé par le client le : 18/08/2020

Reçu le : 18/08/2020 Cont : 5 pièces/sac

Analysé le : 19/08/2020

Résultats validés le : 25/08/2020

NB : le résultat du rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse (NORME EN 17025)

Paramètres	Unités	Normes	Exigences	Résultats	C/NC
Type	-		-	Masque de protection	C
Composition fibreuse					C
Couche externe	%		100% polypropylène	100% polypropylène	
Couche intermédiaire (filtre)			100% polypropylène	100% polypropylène	
Couche interne			100% polypropylène	100% polypropylène	
Grammage					
Couche externe	gr/m ²	EN 14683	-	50	
Couche intermédiaire (filtre)				24	
Couche interne				40	
Couche externe				50	
Couche intermédiaire (filtre)				24	
Couche interne				26	
Imperméabilité					
Couche externe	-		Hydrophobe	Hydrophobe	C
Couche intermédiaire (filtre)			Hydrophobe	Hydrophobe	
Couche interne			Hydrophobe	Hydrophobe	
Dimensions L*I	mm		-	213*183	-
Filtre	-		-	Existant	C
Nombre de couche	nbre		-	06	C
Barrette nasale	Existence	-	-	Existante	C
	Dimension	mm	-	90	
Lanières	mm		-	400	-
ESSAI DE PERFORMANCE					
Respirabilité			Conforme	Conforme	C
Confort du jeu des fixations		EN 14683	Conforte	Conforte	C
Sécurité de fixation			Conforme	Conforme	C
Champs visuel			Conforme	Conforme	C
CONFORMITE D'ETIQUETTAGE					
Nom et marque commerciale			-	Existant	C
Nombre d'unités		EN 14683	-	5 pièces /sac	C
Mention ne pas porter + de 4H			-	Non Existante	/
Mention usage unique non réutilisable			-	Existant	C
Mention de péremption			-	Non existant	/

C : Résultats conforme aux exigences

NC : Résultats non conforme aux exigences

ANALYSTE	VERIFICATEUR	APPROPATEUR
M ^{lle} MAAFLS Analyste	M ^{lle} BEKHAT. A Chargée de l'assurance qualité	M ^{me} OURIHANE Directrice

N° 17 brise marine - Bordj El Bahri, W. ALGER

Tél +Fax : (023) 87 21 80 GSM : 0770 44 54 28 - 0550 39 08 75

www.labosabrinnel.com - E-mail : labosabrinnel@yahoo.fr

Le système de management du laboratoire Sabrinnel est certifié ISO9001:2015 Par SGS et cofrac 4-0008