



LABORATOIRE DE CONTROLE DE QUALITE « SABRINNEL »

Autorisé par Décision du Ministre du Commerce N°877 du 23/06/98 - N°017/2005 - N°005/2010 - N°017 du 04/05/14
 Autorisé par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement N°1029/DAM/2011 du 19/06/2011
 Agréé par l'union algérienne des sociétés d'assurances et de réassurances N°45et 53 /2012du 02/09/2012

Rapport d'essai physicochimique

Code de l'échantillon : 2490/2020

Nom du client : SARL TOTALE CARE

Adresse du client : PROPRIETE 553 N°01 HRAOUA 16900 ALGER

Nature de l'échantillon : MASQUE CHIRURGICAL USAGE UNIQUE

Prélevé par le client le : 18/08/2020

Reçu le : 18/08/2020 Cont : 10 pièces/sac

Analysé le : 19/08/2020

Résultats validés le : 25/08/2020

NB : le résultat du rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse (NORME EN 17025)

Paramètres	Unités	Normes	Exigences	Résultats	C/NC
Type	-		-	Masque de chirurgical 3 plis	C
Composition fibreuse			100% polypropylène	100% polypropylène	C
Couche externe	%		100% polypropylène	100% polypropylène	
Couche intermédiaire (filtre)			100% polypropylène	100% polypropylène	
Couche interne					
Grammage					
Couche externe	gr/m ²	EN 14683		24	
Couche intermédiaire (filtre)				23	
Couche interne				24	
Imperméabilité					
Couche externe	-		Hydrophobe	Hydrophobe	C
Couche intermédiaire (filtre)			Hydrophobe	Hydrophobe	
Couche interne			Hydrophobe	Hydrophobe	
Dimensions L*I	mm		-	170*163	-
Filtre	-		-	Existant	C
Nombre de couche	nbre		-	03	C
Barrette nasale	Existence		-	Existante	C
	Dimension	mm	-	91	
Lanières	mm		-	348	-
ESSAI DE PERFORMANCE					
Respirabilité		EN 14683	Conforme	Conforme	C
Confort du jeu des fixations			Conforte	Conforte	C
Sécurité de fixation			Conforme	Conforme	C
Champs visuel			Conforme	Conforme	C
CONFORMITE D'ETIQUETTAGE					
Nom et marque commerciale		EN 14683	-	Existant	C
Nombre d'unités			-	10 pièces /sac	C
Mention ne pas porter + de 4H			-	Non Existante	NC
Mention usage unique non réutilisable			-	Existant	C
Mention de péremption			-	Non existant	NC

C : Résultats conforme aux exigences

NC : Résultats non conforme aux exigences

ANALYSTE	VERIFICATEUR	APPROPRIATEUR
M ^{elle} MAAFIS Analyste	M ^{elle} BEKHAT. A Chargée de l'assurance qualité	M ^{me} OURIHANE Directrice



N° 17 brise marine -Bordj El Bahri, W. ALGER

Tél +Fax : (023) 87 21 80 GSM : 0770 44 54 28 - 0550 39 08 75

www.labosabrinnel.com - E-mail : labosabrinnel@yahoo.fr